

Notation scientifique, chiffres significatifs et précision d'une mesure

I - Notation scientifique

Tout nombre est écrit sous la forme de $a \cdot 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier positif ou négatif.

Ecrivez sous cette forme les valeurs suivantes dans l'unité légale :

(1) $D = 156 \text{ km}$ (2) $M = 5987 \text{ g}$ (3) $l = 0,06 \text{ }\mu\text{m}$ (4) $S = 32 \text{ millions de cm}^2$

Correction : (1) $D = 1,56 \cdot 10^2 \text{ km} = 1,56 \cdot 10^5 \text{ m}$ (2) $M = 5,987 \cdot 10^3 \text{ g} = 5,987 \text{ kg}$
(3) $l = 6 \cdot 10^{-2} \text{ }\mu\text{m} = 6 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ (4) $S = 32,0 \cdot 10^6 \text{ cm}^2 = 3,20 \cdot 10^3 \text{ m}^2$

II - Les chiffres significatifs

L'écriture avec la notation scientifique permet de lire directement le nombre de chiffres significatifs.

Exemples : $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ 3 chiffres significatifs

$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 4 chiffres significatifs

$M_n = 1,67493 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ 6 chiffres significatifs

Le "0" est un chiffre significatif s'il est situé au milieu ou à la fin d'un nombre.

Le nombre de chiffres significatifs d'un **résultat** doit être le même que celui de la grandeur permettant son calcul qui en a le **moins**.

Exemples :

La charge d'une mole de protons : $Q = N_A \cdot e = 6,022 \cdot 10^{23} \times 1,60 \cdot 10^{-19} = 9,64 \cdot 10^4 \text{ C}$

La masse d'une mole de neutrons : $M = N_A \cdot M_n = 6,022 \cdot 10^{23} \times 1,67493 \cdot 10^{-27} = 1,009 \cdot 10^{-3} \text{ g}$

Certaines valeurs sont connues avec de nombreux chiffres significatifs, cependant dans les énoncés, ils sont donnés avec 2 ou 3 chiffres ce qui est suffisant pour la plupart des calculs.

III - La précision d'une mesure

Exemple : vous devez peser 2,0 g de sucre sur une balance affichant 2 chiffres. La balance affiche 2,0 g et si vous rajoutez quelques grains de sucre, l'affichage n'est pas modifié.

La précision de la mesure est au dixième de gramme et il existe sur le dernier chiffre de la mesure une incertitude.

Incertitude absolue

Pour la plupart des instruments, nous allons estimer cette incertitude à une demi-unité ou, pour simplifier, nous prenons une **unité du dernier chiffre de la mesure X**. Notation ΔX

Exemples : $\Delta m = 0,05 \text{ g}$ ou $\Delta m = 0,1 \text{ g}$ pour simplifier

Cela signifie que la masse pesée est obligatoirement comprise entre $m - \Delta m$ et $m + \Delta m$.

L'intervalle $]m - \Delta m ; m + \Delta m[$ s'appelle l'**intervalle de confiance**.

$m = (2,0 \pm 0,05) \text{ g}$ et $1,95 \text{ g} < m < 2,05 \text{ g}$ ou $m = (2,0 \pm 0,1) \text{ g}$ et $1,9 \text{ g} < m < 2,1 \text{ g}$

La balance affichera 1,9 pour une valeur de m comprise entre 1,85 et 1,95 dans le premier cas et 1,9 pour une valeur de m comprise entre 1,8 et 2,0 dans le deuxième cas.

Incertitude relative

Cette incertitude absolue doit être rapportée à la valeur mesurée. En effet, une précision de 0,05 g est grande pour la pesée d'une masse de 100,0 g, elle est petite pour la pesée d'une masse de quelques grammes.

Exemples : $\Delta m / m = 0,05 / 2,0 = 0,03$ soit 3 %

$\Delta m' / m' = 0,05 / 100,0 = 5 \cdot 10^{-4}$ soit 0,05 %